# Produktinformation **ABSAUGANLAGEN**reiniger





# Absauganlagenreiniger KONZENTRAT



0481

### **Ihre Vorteile:**

- ▶ Schaumarmes Reinigungskonzentrat
- Sehr gute Reinigungsleistung
- ▶ Gute Materialverträglichkeit
- Vorbeugende Wirkung gegen Verstopfung

#### Präparate-Typ:

Schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung.

#### Anwendungsgebiete:

Schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen inkl. deren Abflussleitungen. Bei regelmäßiger Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden, bzw. bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst.

#### **Anwendungshinweis:**

Der Spezialreiniger wird bei Problemfällen als 10 %ige Lösung angewendet (100 ml / 1 L Wasser). Die Einwirkzeit liegt bei 1 – 2 Stunden. Bei regelmäßiger Anwendung wird der Reiniger als 5 %ige Lösung (50 ml / 1 L Wasser) 1 - 2 mal wöchentlich für 30 Min. einwirken gelassen. 2 Liter der Gebrauchslösung werden über die Saugschläuche durchgesaugt und nach der Einwirkzeit wird die Anlage mit einem Liter Wasser gespült.

#### Zusammensetzung:

< 5 % amphotere Tenside < 5 % Phosphonate

#### **Chemisch-physikalische Daten:**

Aussehen: transparent
Dichte: 1,2 g / cm³
pH-Wert bei 20° C: < 2</li>

## **Anwendungskonzentration:**

Gebrauchslösung	5,0 %	10,0 %
1 Liter	50 ml	100 ml
2 Liter	100 ml	200 ml
3 Liter	150 ml	300 ml
5 Liter	250 ml	500 ml
10 Liter	500 ml	1000 ml



#### Besondere Hinweise / Sicherheitshinweise:

H 319 Verursacht schwere Augenreizung. Nach Handhabung gründlich waschen. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlicher Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Detergenzien VO 648/2004/EG:> 5 % amphotere Tenside, > 5 % Phosphonate

#### Lieferformen:

Gebindegröße	Neutral REF	
1 L Dosierflasche	75101000	
2 L Flasche	75102000	

#### **Kontakt:**

Weitere Informationen über Gutachten / Testergebnisse sowie über das Gesamt-Hygieneprogramm erhalten Sie auf Anfrage.

Tel.: +49 (0) 2266 4742 - 0

E-Mail: info@mueller-omicron.de



Müller-Omicron GmbH & Co. KG Schlosserstr. 1 D-51789 Lindlar

Tel.: +49 (0) 2266 47 42 - 0 Fax: +49 (0) 2266 47 42 - 23 www.mueller-omicron.de www.mueller-omicron.com

